



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPISTRANO
Transparência e Cuidado com Nosso Povo!

Comissão
Permanente de **Licitação**



ATA DA SESSÃO PÚBLICA



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - SECRETARIA DE SAUDE - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE CAPISTRANO / Nº Processo: 05.09.01/2022)

às 10:30:26 horas do dia 26/05/2022 no endereço PRACA MAJOR JOSE ESTELITA DE AGUIAR-S/N, bairro CAPISTRANO, da cidade de CAPISTRANO - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ALINE BANDEIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 05.09.01/2022 - 2022/08/2022 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais que abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/05/2022 14:42:38:171	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 140.000,00
25/05/2022 23:37:33:173	DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EI	R\$ 27.900,00
25/05/2022 14:08:48:098	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 50.000,00
26/05/2022 10:12:36:111	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 5.436,16
26/05/2022 08:39:47:419	X MEDICAL & CLEAN LTDA	R\$ 28.000,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio



e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/05/2022 10:53:36:888	DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EI	R\$ 20.000,00
26/05/2022 10:51:18:172	X MEDICAL & CLEAN LTDA	R\$ 25.800,00
25/05/2022 14:08:48:098	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 50.000,00
26/05/2022 10:34:25:451	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 73.950,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/05/2022, às 10:57:09 horas, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 26/05/2022, às 11:39:47 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 26/05/2022, às 11:39:47 horas, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais que abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EI. No dia 26/05/2022, às 13:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2022, às 13:52:14 horas, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais que abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, BEM COMO A PROPOSTA CONSOLIDADA APRESENTADA, DECLARO A EMPRESA ARREMATANTE VENCEDORA DO LOTE. No dia 26/05/2022, às 16:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2022, às 16:15:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x



altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, E NENHUMA EMPRESA TENDO APRESENTADO MANIFESTAÇÃO, DECLARO O PRESENTE LOTE ADJUDICADO!.

No dia 26/05/2022, às 16:15:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa X MEDICAL & CLEAN LTDA com o valor R\$ 25.800,00.

No dia 26/05/2022, às 10:12:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades



laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO AO ITEM 13.2 DO EDITAL.

No dia 26/05/2022, às 11:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EI, no lote (1) - LOTE 01 - Cama hospitalar simples movimentos, equipamento móvel, com rodízio e freios, cama para repouso de paciente peso máximo 180kg, dimensões mínima 2mx,080m, largura 0,65 altura (comprimento x altura x largura). Articulável para movimentos fawler, semi-fawler, flexão, cardíaco, sentado e trendelemburg. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis protetores laterais de borracha. Acessórios: colchão de espuma nas dimensões da cama, espessura mínima de 14cm em material impermeável isento de látex. Suporte de soro cromado adaptável nos quatro cantos da cama. Características de construção: grades laterais qua abaixam simultaneamente com cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Rodízios de borracha de 8pol com freio em dois deles. Bases/pés em tubo de aço esmaltado com dimensão aproximada de 30mm x50mm e 1,25mm de espessura de parede. Estrado articulado em chapa de aço perfurado com espessura mínima de 1,5mm com acabamento esmaltado. Estrutura do estrado. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO AO ITEM 15.13.3 DO EDITAL.

No dia 26/05/2022, às 16:17:28 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ALINE BANDEIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

Maria Clarice Batista
MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS

Autoridade Competente

Renan Ferreira Brito
RENAN FERREIRA BRITO

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME

21.830.581/0001-69 DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EI

34.895.127/0001-38 FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

05.455.385/0001-03 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

13.737.194/0001-54 X MEDICAL & CLEAN LTDA