




Comissão
Permanente de **Licitação**



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO





Comissão Permanente de Licitação <cplcapistranoce@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 29/2023 - EMPRESA LUMIAR SAÚDE

Rogério Paulo Junior <rogerio.junior@lumiarsaude.com.br>
 Para: cplcapistranoce@gmail.com
 Cc: DIST_LICITAÇÃO_LUMIAR <licitacao@lumiarsaude.com.br>

10 de abril de 2023 às 13:28

URGENTE FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE

Vimos por meio deste, com fulcro no ITEM 8.1 do edital de PE 029/2023, solicitar esclarecimentos acerca de algumas considerações referente a disputa em comento e que conforme se depreende, carecem de um melhor entendimento.

O referido processo tem por objeto a "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE USO CONTINUADO, PARA ATENDER DEMANDAS EXTEMPORÂNEAS E AMBIÊNCIA HOSPITALAR EM CARÁTER COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, ESTADO DO CEARÁ " e no que tange às quantidades dispostas no termo de referência e também no edital, há certa omissão que se não impede, pode prejudicar efetivamente a disputa.

Isto porque não há informação sobre as quantidades específicas de cada equipamento a ser ofertado, constando somente a informação de que os equipamentos deverão ser fornecidos pelo período de 12 meses.

ITEM	ESPECI.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO MÉDIO EM R\$	VALOR TOTAL MÉDIO
1	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATORIA. - Ventilador para suporte ventilatório microprocessado com fonte própria e integrada de fornecimento de ar comprimido permitindo maior flexibilidade, indicadores numéricos de parâmetros ajustáveis com sistema de sensibilidade inspiratória e expiratória para compensação de vazamentos permitindo performance adequada durante aplicação de VMNI com as inevitáveis fugas (comprovado em manual e operação), horas de operação para acompanhamento e previsão de manutenções preventivas dos equipamentos, ciclagem por mecanismo de tempo e de fluxos, software em português, bivolt automático, flexibilidade para atualizações futuras (novas modalidades ou recursos), cartão para armazenamento de dados e modificação de parâmetros à distancia, cartão para registro de data, horário e apneia/bipopneia e ronco, possibilitando a omissão de relatório sobre estes dados para auxílio na avaliação médica. Tendências de pressão, volume respiratório do paciente frequência respiratória, porcentagem de respirações disparadas, ventilação por minuto,	MESES	12	R\$ 4.550,00	R\$ 54.600,00



Vejam que a informação de quantidades de equipamentos é fator primordial para a apresentação das propostas e principalmente para termos a exata noção do tipo de fornecimento que estamos tratando.

Ressaltando que cada equipamento dota de um tipo de valor médio, dos mínimos que podem ser alcançados entre outras informações que se não acompanhadas das devidas especificações, não mostram a realidade do valor estimado.

Por isso, questionamos perante essa Nobre Comissão:

- Quais as quantidades estimadas de equipamentos para cada item da disputa?

Muito obrigado desde já, aguardamos retorno.-

LUMIAR
HEALTHCARE
www.lumiarsaude.com.br

ROGÉRIO PAULO JÚNIOR
Analista de Órgãos Públicos Sênior
Celular: (11) 99681-9179
rogerio.junior@lumiarsaude.com.br

