



Comissão
Permanente de **Licitação**



ADENDO RETIFICAÇÃO AO EDITAL



ADENDO RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Capistrano/CE, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração na descrição ITENS de pertencentes aos lotes e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 03.15.02/2023, PREGÃO ELETRONICO nº 29/2023**, que tem por objeto a **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE USO CONTINUADO, PARA ATENDER DEMANDAS EXTEMPORÂNEAS E AMBIÊNCIA HOSPITALAR EM CARÁTER COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, ESTADO DO CEARÁ**

DA MODIFICAÇÃO NO EDITAL:

No edital Leia-se:

MODIFICAÇÃO I –

A data de abertura do certame sofrerá alteração, conforme exigido no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, tendo em vista que a modificação acima exposta, afeta os critérios de habilitação conforme especificado pelo TCU – com base no Acórdão 3390/2011-Segunda Câmara e Acórdão 343/2009-Plenário. O mesmo passará a ter a data de abertura no dia **04 de maio de 2023, às 10h00min.**

MODIFICAÇÃO II

ITEM	ESPECI.	UNID	QUANT.	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO MÉDIO EM R\$	VALOR TOTAL MÉDIO
1	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATORIA. - Ventilador para suporte ventilatório microprocessado com fonte própria e integrada de fornecimento de ar comprimido permitindo maior flexibilidade, indicadores numéricos de parâmetros ajustáveis com sistema de sensibilidade inspiratória e expiratória para compensação de vazamentos permitindo performance adequada durante aplicação de VMNI com as inevitáveis fugas (comprovado em manual e operação), horas de operação para acompanhamento e previsão de manutenções preventivas dos equipamentos, ciclagem por mecanismo de tempo e de fluxos, software em português, bívolt automático, flexibilidade para atualizações futuras (novas modalidades ou recursos), cartão para armazenamento de dados e modificação de parâmetros à distancia, cartão para registro de data, horário e apneia/bipogneia e ronco, possibilitando a omissão de relatório sobre estes dados para auxílio na avaliação médica. Tendências de pressão, volume respiratório do paciente frequência respiratória, porcentagem de respirações disparadas, ventilação por minuto, fugas e alarmes. Pressão controlada (PC)- ciclos mandatórios e assistidos, bipap(S): ciclos espontâneos e mandatórios, pressão contínua em via aérea (CPAP); ciclos espontâneos. FREQUENCIA RESPIRATORIA: volume médio assegurado através de pressão: frequência mandatória - O a 30ipm tempo inspirado ajustável de 0,5 até 3 segundos tempo de elevação da onda de pressão ajustável pelo operador (riseTime) de 150 a 600m seg, pressão de IPAP-4 a 30 cmL 120 pressão de EPAP 4 a 25 cm H20 pressão de CPAP : 4 a 20 cm H20 rampa O a 45 minutos 1PAP máximo e IPAP mínimo. FREQUENCIA RESPIRATORIA vol. Médio pressões em via aérea resultante pressão inspiratória de pico (pop) pressão respiratória fina (EPAP) pressão contínua (CPAP) ajustado volumes resultantes volume corrente expirado volume minuto expirado frequência total desconexão apneia volume minuto baixo. Acompanhar 01 (um) filtro bacteriológico, 01 (um) circuito invasivo descartável, 01(uma) bolsa para transporte, 01(um) cartão para registro de data, horário e duração de cada sessão.	MESES	3	12	R\$ 4.550,00	R\$ 54.600,00



	Manual de instrução em português. MÁSCARA NASAL OU FACIAL, com almofada em gel e aba de silicone, suporte da testa com altura ajustável e almofada de silicone, giro da traqueia de 360°, borda de silicone removível para limpeza, acompanhado headgucar com umidificador aquecido especialmente adequado para o uso domiciliar. Declaração de garantia de no mínimo 02 (dois) anos para o bipap e de no mínimo de 01 (um) ano em todos os módulos internos e externos, a contar da data de instalação dos equipamentos no setor.					
2	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 51PM com concentração de aproximadamente 95% de oxigênio, fluxo de até 5 litros por minuto, dispositivo para nebulização integrado e rodízios pra locomoção do equipamento. Tensão de 220 volts. Peso de aproximadamente 15kg. Acompanhado dos seguintes acessórios: copo umidificador, cânula nasal e extensor de silicone. Acompanha kit de emergência composto por: cilindro de oxigênio de , no mínimo, 1,5m³, para backup válvula reguladora de pressão, manômetro, fluxometro e carrinho para transporte com 1(uma) reposição mensal de oxigênio por equipamento.	MESES	10	12	R\$ 5.850,00	R\$ 70.200,00
3	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 101PM. Especificação - Locação de kit composto por: locação de concentrador de oxigênio dotado de fluxo variável de 0 a 10 litros por minuto, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 110v/60hz, incluso cânula nasal e extensor e copo umidificador. Acompanha kit de emergência composto por: cilindro de oxigênio de no mínimo, 1,5m³, para backup válvula reguladora de pressão, manômetro, fluxometro e carrinho para transporte com 1(uma) reposição mensal de oxigênio por equipamento.	MESES	2	12	R\$ 2.180,00	R\$ 26.160,00
VALOR TOTSL					R\$ 150.960,00	

Ficam mantidas todas as demais condições do Edital no que não colidirem com as deste ADENDO.

Capistrano/CE, 18 de abril de 2023.

Alien Bandeira da Silva
Pregoeira